



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

## ATA DA 1ª SESSÃO DE DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 044/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ASSISTENCIAIS/DE ENFERMAGEM E INSUMOS DE USO GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”.**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10h00 (dez horas), a Comissão de Avaliação dos Itens do Pregão Presencial Eletrônico n.º 004/2024, instituída pela Portaria n.º 092/2023, representada por todos os seus membros infra-assinados, se reuniu em uma das salas da Prefeitura Municipal para análise das amostras. A Comissão realizou análises das amostras apresentadas, observando características técnicas, adequação à utilização, embalagens, materiais e adequação ao descritivo do Termo de Referência. Após as análises, a Comissão chegou ao seguinte resultado:

Item	Descrição do Produto	MARCA REF. MARCA REPROV.	LICITANTE	MARCA	APROV. REPROV.	MOTIVO
15	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO G	SOCC				AMOSTRA NÃO APRESENTADA
16	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO M	SOCC				AMOSTRA NÃO APRESENTADA
17	AVENTAL MANGA LONGA, DESCARTAVEL, EM TNT, 40G, FECHAMENTO EM TIRAS, NAO ESTERIL. TAMANHO P	SOCC				AMOSTRA NÃO APRESENTADA
18	ATADURA DE CREPE 06CM X1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
19	ATADURA DE CREPE 10CMX1,80CM, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIO DE ELASTANO.		CIRULABOR	SOFT	REPROVA DA	PRODUTO DESFIA COM FACILIDADE E APRESENTOU DEFEITO.
20	ATADURA DE CREPE 15CMX1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94 % A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE POLIESTER E 1% FIOS DE ELASTANO. COM REGISTRO ANVISA.		CIRULABOR	SOFT	REPROVA DA	PRODUTO DESFIA COM FACILIDADE E APRESENTOU DEFEITO.
21	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M, COM 13 FIOS, COMPOSTA POR 94% A 100% FIOS DE ALGODAO, PODENDO CONTER AINDA 5% FIOS DE		CIRULABOR	SOFT	REPROVA DA	PRODUTO DESFIA COM FACILIDADE E APRESENTOU DEFEITO.
24	APARELHO DESCARTÁVEL DE BARBEAR COM CABEÇA MÓVEL, CONTENDO 3 LÂMINAS DE EXCELENTE PRECISÃO, PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI FITA LUBRIFICANTE QUE PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÃO DURANTE O BARBEAR.		AVF COMÉRCIO	VICOY	APROVADA	
39	BOLSA COLETORA DRENAVEL PARA					



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	COLO/ILEOSTOMIA OPACA, FLANGE PARA FIXAÇÃO NA BASE ADESIVA DA PLACA 57MM, CONFECCIONADA COM 3 PELÍCULAS PLÁSTICAS ANTI-ODOR, QUE CONFEREM MACIEZ E REDUÇÃO DE RUIDOS, PELÍCULA EXTERNA COM TELA PROTETORA PERFURADA E NÃO ADERENTE QUE IMPEDE O ACÚMULO DE UMIDADE E PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, SUPORTE DE CINTO AJUSTÁVEL PARA BOLSA DE COLOSTOMIA+ PLACA DE COLOSTOMIA MICROPOROSA 57MM, PLACA PLANA COM BASE ADESIVA, COMPOSTA POR RESINA STOMAHESIVE, RECORTÁVEL NO TAMANHO DA FÍSTULA INTESTINAL, BORDA FLEXÍVEL DE ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO E FLANGE DE BAIXO PERFIL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO OCTOFIX PARA MAIOR SEGURANÇA. REGISTRO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
42	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL EM NÃO-TECIDO TAMANHO 50X50CM AZUL COM FENESTRA DE 10 CM. (L.I.A-LAMINADO IMPERMEÁVEL ABSORVENTE)		CENTRAL MULTT	MAC	APROVADA	
43	CAMPO CIRURGICO PARA MESA AUXILIAR, IMPERMEAVEL, ABSORVIVEL, ESTERIL, TAMANHO 1,00X1,40CM. CONFECCIONADO COM 100% POLIPROPILENO, PROCESSO SMMS, COM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE, IMPEDINDO QUE ESCORRA QUANDO EM CONTATO COM LIQUIDOS, FLUIDOS CORPORAIS OU PRODUTOS QUIMICOS, NA COR AZUL, ATOXICO E HIPOALERGENICO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
48	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL (POR RADIAÇÃO IONIZANTE), TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80 ML - TAMPÁ COM ROSCA PARA VEDAÇÃO SEGURA, COM PÁ.		LAX INSUMED	FIRST LAB	REPROVADA	PRODUTO SEM PÁ
49	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, TAMANHO NOMINAL: APROXIMADAMENTE DE 7,5 X 7,5 CM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.		BR FARMAON	VIOTEXTIL	APROVADA	
50	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL, COM FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, TAMANHO 7,5X7,5CM, NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO, 5 DOBRAS, 13 FIOS. REGISTRO ANVISA, PACOTE COM 500 UNIDADES.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
67	COLAR CERVICAL, PROJETADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO DO ALINHAMENTO NEUTRO, A PREVENÇÃO DE INCLINAÇÃO LATERAL E A EXTENSÃO E FLEXÃO ANTERIOR-POSTERIOR DA COLUNA CERVICAL DURANTE O TRANSPORTE E O MOVIMENTO OU CUIDADO ROTINEIRO DO PACIENTE,					AMOSTRA NÃO APRESENTADA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	ARMAZENAMENTO PLANO, TRANSPARENTE À RADIAÇÃO, COMPATÍVEL COM CAT E MRI, É UM ÚNICO DISPOSITIVO DE IMOBILIZAÇÃO DA ESPINHA CERVICAL EM UMA PEÇA, RÍGIDO E AJUSTÁVEL COM 12 AJUSTES PRECISOS NOS TRÊS TAMANHOS DE PADRÃO (INFANTIL, PEDIÁTRICO E SEM PESCOÇO), VEM COM UM SISTEMA DE DIMENSIONAMENTO ABRANGENTE PARA DIMENSIONAMENTO FÁCIL E PRECISO, VEM COM UMA PEÇA QUE LEVANTA A VISEIRA PARA SER GUARDADO NA HORIZONTAL E NO FORMATO PARA ENCAIXAR NO QUEIXO E FACILITAR A INTUBAÇÃO E A REMOÇÃO DE VÔMITO DA BOCA DO PACIENTE, VEM COM UM INVÓLUCRO POSTERIOR VENTILADO PARA DRENAGEM DO FLUIDO. DIMENSÕES: 44 X 18 X 1,5 CM. REGISTRO NA ANVISA.					
77	CADEIRA DE RODAS ADULTO, TIPO DE QUADRO: ESTRUTURA DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X, MATERIAL DO QUADRO: ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO, TIPO DE X: AÇO DUPLO TUBULAR, TIPO DE PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI, TIPO DO ENCOSTO: FIXO, ESTOFAMENTO DE ENCOSTO: ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTOFAMENTO DE ASSENTO: ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, ALMOFADA: ESPUMA DE 5 CM DE ESPESSURA, APOIO DE BRAÇO: ESCAMOTEÁVEL/ REBATÍVEL APOIO DE PÉS: REBATÍVEL, COM AJUSTE TÍBIO TÁRCICO E FITA DE CALCANHAR, PEDAL: REMOVÍVEL, REBATÍVEL INTERNA E, EXTERNAMENTE E COM AJUSTE DE ALTURA, PROTETOR DE ROUPA: NYLON COM ABA, FREIOS: BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE, FAIXA DE CALCANHAR: SIM, RODAS DIANTEIRAS: 6" MACIÇA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA GARFO DA RODA DIANTEIRA: AÇO CARBONO, EIXO DIANTEIRO: FIXO, RODA TRASEIRA: 24" RAIADA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO, PNEU DA RODA TRASEIRA: INFLÁVEL 24"X 1 3/8", ARO DE PROPULSÃO: NYLON, EIXO TRASEIRO: SISTEMA QUICK RELEASE / REMOVÍVEL, PESO DA CAD					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
78	CADEIRA DE RODAS INFANTIL, FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM ELEVAÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA, RODAS DIANTEIRAS ARO 06? COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20? EM ALUMÍNIO PNEUS INFLÁVEIS. ARO IMPULSOR BILATERAL. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM, ALTURA ENCOSTO: 36 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM, LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM, ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM, PESO DA CADEIRA: 12 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 70 KG, ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP					AGUARDANDO AMOSTRA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	DE BRAÇO: 16 CM.					
81	CADEIRA DE BANHO OBESO, FABRICADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA, ACOPLA AO VASO SANITÁRIO, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM APOIO EM NYLON INJETADO, FREIOS BILATERAIS DIANTEIRO, APOIO DE PÉ FIXO, ASSENTO SANITÁRIO, FIXADO SOBRE A EXTRUTURA, REMOVIVÉL POR PARAFUSOS, RODAS DIANTEIRAS DE 6" COM PNEU MACIÇO FIXADAS COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK), RODAS TRASEIRAS DE 6" COM PNEU MACIÇO GIRATÓRIAS, FIXADAS COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK) COM GARFO EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL, ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA, REVESTIDO EM CAPA IMPERMEAVÉL, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI (ELETROSTÁTICA), MEDIDAS E CAPACIDADE: LARGURA DO ASSENTO: 52CM, ALTURA DO ASSENTO NO CHÃO: 52CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 68CM, PESO DA CADEIRA: 10KG, CAPACIDADE DE PESO: 130KG.					AGUARDANDO AMOSTRA
88	ELETRODOS COM GEL ADESIVO CONDUTIVO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO GERAL E PARA DIAGNOSTICO. ADULTO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
89	ELETRODOS COM GEL ADESIVO CONDUTIVO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO GERAL E PARA DIAGNOSTICO. INFANTIL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
111	FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 50 MM X 10 M, TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIÉSTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO.		ROSICLER	WILTEX	APROVAD A	
112	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CÍLINDRICA DE 3,0CM ½					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
113	FIO PARA SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 3,0CM E 3/8		BR FARMAON	TECHNOFIO	APROVAD A	
114	FIO PARA SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 3,0CM E 3/8		BR FARMAON	TECHNOFIO	APROVAD A	
115	FIO PARA SUTURA NYLON 4-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 Fio para sutura nylon 4-0 com agulha triangular de 2,0cm e 3/8		BR FARMAON	TECHNOFIO	APROVAD A	
116	FIO PARA SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8		BR FARMAON	TECHNOFIO	APROVAD A	
117	FIO PARA SUTURA NYLON 6-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8		BR FARMAON	TECHNOFIO	APROVAD A	
124	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO 2- 0 COM AGULHA CÍLINDRICA DE 2,0CM 3/8 Fio					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
127	FITA MICROPORE COR BRANCA A UNIDADE TAMANHO 25 MM X 10 M, TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIÉSTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO		ROSICLER	WILTEX	APROVAD A	



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	HIPOALERGÊNICO.					
131	HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE 100% ALGODÃO QUE NAO SOLTAM E NÃO DESFIAM. CAIXA COM 75 UNIDADES.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
139	LÂMINA DE BISTURI Nº. 10, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES		BR FARMAON	BIOMASS BRASIL	APROVADA	
140	LÂMINA DE BISTURI Nº. 11, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES		BR FARMAON	BIOMASS BRASIL	APROVADA	
141	LÂMINA DE BISTURI Nº. 12, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES		BR FARMAON	BIOMASS BRASIL	APROVADA	
142	LÂMINA DE BISTURI Nº. 22, LÂMINA ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES		BR FARMAON	BIOMASS BRASIL	APROVADA	
172	MÁSCARA PFF2/N95 (KN95), COM 4 CAMADAS PROTETORAS, BIODEGRADAVEL, RESPIRÁVEL E MÁCIA, COM VÁLVULA.		ROSICLER	INTRAB	APROVADA	
173	MÁSCARA PFF2/N95 (KN95), COM 4 CAMADAS PROTETORAS, BIODEGRADAVEL, RESPIRÁVEL E MÁCIA, SEM VÁLVULA.		CIRULABOR	ALLIANCE	APROVADA	
174	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL , COM ELÁSTICO, PRODUZIDA EM 3 CAMADAS: POLIPROPILENO NÃO TECIDO, PAPEL FILTRO MELT BLOWN (BFE: =95%) E POLIPROPILENO NÃO TECIDO, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, NA COR BRANCA, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA.		DF MEDICAL	MEDIX	APROVADA	
182	PAPEL LENÇOL 50 X 50CM, PRODUZIDO COM PAPEL CELULOSE VIRGEM, ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE, COR: BRANCO, NÃO ESTÉRIL, REGISTRO NO ANVISA.		ROSICLER	EASYPELL	APROVADA	
184	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA FORMATO DE 23X21 CM, 2 DOBRAS, ACONDICIONADAS EM 4 EMBALAGENS PLÁSTICAS COM 250 FOLHAS CADAS, 100% CELULOSE VIRGEM - EXTRA BRANCO, ALTA ABSORÇÃO.		CIRULABOR	ALBAMAX	REPROCA DA	FORMATO NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO. NÃO É EXTRA BRANCO. AO SECAR, DEIXA RESÍDUOS DE PAPEL NAS MÃOS.
194	PIPETA GRADUADA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 1ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
213	SERINGA HIPODÉRMICA, CAPACIDADE: 20 ML. TIPO: BICO CENTRAL LUER LOCK, MODELO: SEM AGULHA, ESTÉRIL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA GRADUAÇÃO NÍTIDA E PERMANENTE DE 0,2 ML A 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 2 A 2 ML. ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE	SR RODRIGUES				AMOSTRA NÃO APRESENTADA



# Prefeitura Municipal de Trabiçu

ESTADO DE SÃO PAULO

	PRECISO DA APLICAÇÃO, APIROGÊNICA E ATÓXICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE: 05 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.					
214	SERINGA HIPODÉRMICA, CAPACIDADE: 3 ML, TIPO: BICO CENTRAL LUER LOCK, MODELO: SEM AGULHA, ESTÉRIL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA GRADUAÇÃO NÍTIDA E PERMANENTE DE 0,2 ML A 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 2 A 2 ML. ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA QUE GARANTA SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE PRECISO DA APLICAÇÃO, APIROGÊNICA E ATÓXICA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO CONFORME PORTARIA Nº 458 DE 17/11/21 E RDC Nº 541 DE 30/08/2021, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA TIPO BORBOLETA, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE: 05 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.	SR RODRIGUES				AMOSTRA NÃO APRESENTADA
215	SERINGA PARA INSULINA SEM AGULHA, GRADUADA DE 2 EM 2 UNIDADE.		ROSICLER	SR	APROVADA	
217	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTÉRIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.	MARKMED	PRIORITTA	MARKMED	APROVADA	MARCA DE REFERENCIA
218	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTÉRIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.	MED SONDA				AMOSTRA NÃO APRESENTADA
219	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTÉRIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.	LAR IND.				AMOSTRA NÃO APRESENTADA
220	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTÉRIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.	MED SONDA				AMOSTRA NÃO APRESENTADA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

221	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.	MED SONDA	CIRULABOR	MED SONDA	APROVAD A	MARCA DE REF
222	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.	MARK MED	PRIORITTA	MARKMED	APROVAD A	
223	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.	MED SONDA	CIRULABOR	MED SONDA	APROVAD A	MARCA REF
224	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 20, COMPOSTA DE TUBO PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA SILICONIZADA, ACABAMENTO ATRAUMATICO, CONECTOR UNIVERSAL. PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DA ARVORE TRAQUEOBRONQUICA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DESCARTAVEL.	MED SONDA	CIRULABOR	MED SONDA	APROVAD A	MARCA REF
225	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº08 (PEDIÁTRICA), DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC		PRIORITTA	SOLIDOR	APROVAD A	
226	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº10 (PEDIÁTRICA), DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, DE FACIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMETRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATIVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE AGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC		CIRULABOR	SOLIDOR	APROVAD A	
227	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº12, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL		CIRULABOR	SOLIDOR	APROVAD A	



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	ATRAUMÁTICA, BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, Sonda Vesical de Demora, com Conector Universal para Sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa, compatível com lubrificantes fabricados a base de água. Capacidade CAF-BALÃO:3-5CC					
228	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº14, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, Sonda Vesical de Demora, com Conector Universal para Sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa, compatível com lubrificantes fabricados a base de água. Capacidade CAF-BALÃO:3-5CC		CIRULABOR	SOLIDOR	APROVADA	
229	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº16, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, Sonda Vesical de Demora, com Conector Universal para Sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa, compatível com lubrificantes fabricados a base de água. Capacidade CAF-BALÃO:3-5CC		ROSICLER	WEEL LEAD	APROVADA	
230	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº18, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, Sonda Vesical de Demora, com Conector Universal para Sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa, compatível com lubrificantes fabricados a base de água. Capacidade CAF-BALÃO:3-5CC		ROSICLER	WEEL LEAD	APROVADA	
231	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº20, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, Sonda Vesical de Demora, com Conector Universal para Sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa, compatível com lubrificantes fabricados a base de água. Capacidade		ROSICLER	WEEL LEAD	APROVADA	



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	CAF-BALAO:3-5CC					
232	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº22, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXÍDEO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE ÁGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC		ROSICLER	WEEL LEAD	APROVADA	
233	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº24, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXÍDEO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE ÁGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC		ROSICLER	WEEL LEAD	APROVADA	
234	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº26, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXÍDEO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE ÁGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
235	SONDA DE FOLEY 2 VIAS EM LÁTEX, Nº28, DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONIZADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALAO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, DE FÁCIL INSUFLAÇÃO E ENCHIMENTO SIMÉTRICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATOXICO E ESTERILIZADO EM OXÍDEO DE ETILENO, SONDA VESICAL DE DEMORA, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA, COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS A BASE DE ÁGUA. CAPACIDADE CAF-BALAO:3-5CC					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
236	SONDA NASOGÁSTRICA / NASOENTÉRICA, COM FIO GUIA, Nº06, TUBO ATOXICO DE POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO, BIOCOMPATÍVEL E ALTAMENTE FLEXÍVEL. LINHA RADIOPACA PARA RX. GRADUADA. CONECTOR EM Y(ENLOCK), QUE PERMITE ACESSO SEPARADO APARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPA.		ROSICLER	GC MEDIC	APROVADA	



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	PONTA ATRAUMÁTICA, EM OGIVA FLEXÍVEL, COM ABERTURA LATERAIS OPOSTAS. FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA PARA FIXAÇÃO DO TUBO A PELE. FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPIRAL, PRE-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. ESTERELIZADO A GAS OXÍDO DE ETILENO.					
237	SONDA NASOGÁSTRICA / NASOENTÉRICA, COM FIO GUIA, Nº08, TUBO ATOXICO DE POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO, BIOCOMPATÍVEL E ALTAMENTE FLEXÍVEL. LINHA RADIOPACA PARA RX. GRADUADA. CONECTOR EM Y(ENLOCK), QUE PERMITE ACESSO SEPARADO APARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPA. PONTA ATRAUMÁTICA, EM OGIVA FLEXÍVEL, COM ABERTURA LATERAIS OPOSTAS. FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA PARA FIXAÇÃO DO TUBO A PELE. FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPIRAL, PRE-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. ESTERELIZADO A GAS OXÍDO DE ETILENO.		ROSICLER	GC MEDIC	APROVADA	
238	SONDA NASOGÁSTRICA / NASOENTÉRICA, COM FIO GUIA, Nº10, TUBO ATOXICO DE POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO, BIOCOMPATÍVEL E ALTAMENTE FLEXÍVEL. LINHA RADIOPACA PARA RX. GRADUADA. CONECTOR EM Y(ENLOCK), QUE PERMITE ACESSO SEPARADO APARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPA. PONTA ATRAUMÁTICA, EM OGIVA FLEXÍVEL, COM ABERTURA LATERAIS OPOSTAS. FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA PARA FIXAÇÃO DO TUBO A PELE. FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPIRAL, PRE-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. ESTERELIZADO A GAS OXÍDO DE ETILENO.		ROSICLER	SOLUMED	APROVADA	
239	SONDA NASOGÁSTRICA / NASOENTÉRICA, COM FIO GUIA, Nº12, TUBO ATOXICO DE POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO, BIOCOMPATÍVEL E ALTAMENTE FLEXÍVEL. LINHA RADIOPACA PARA RX. GRADUADA. CONECTOR EM Y(ENLOCK), QUE PERMITE ACESSO SEPARADO APARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPA. PONTA ATRAUMÁTICA, EM OGIVA FLEXÍVEL, COM ABERTURA LATERAIS OPOSTAS. FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA PARA FIXAÇÃO DO TUBO A PELE. FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPIRAL, PRE-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. ESTERELIZADO A GAS OXÍDO DE ETILENO.		ROSICLER	GC MEDIC	APROVADA	
240	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº04, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE					AMOSTRA NÃO APRESENTADA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXÍDO DE ETILENO.					
241	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXÍDO DE ETILENO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
242	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°08, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXÍDO DE ETILENO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
243	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°10, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXÍDO DE ETILENO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
244	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°12, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXÍDO DE ETILENO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
245	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°14, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXÍDO DE ETILENO.		PRIORITTA	MARKMED	APROVADA	
246	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°16, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXÍDO DE ETILENO.		PRIORITTA	MARKMED	APROVADA	
247	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°18, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFÍCIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXÍDO DE ETILENO.		PRIORITTA	MARKMED	APROVADA	



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO.					
248	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°20, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°22, PVC (CLORETO DE POLIVINILA). ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM A SUPERFICIE ROGOROSAMENTE LISA, PONTA ARREDONDADA E FECHADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS. ESTERELIZADA COM OXIDO DE ETILENO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
250	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°04, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMÁTICA. Sonda Gástrica para realização de procedimento de drenagem gástrica.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
251	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°06, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMÁTICA. Sonda Gástrica para realização de procedimento de drenagem gástrica.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
252	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°08, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMÁTICA. Sonda Gástrica para realização de procedimento de drenagem gástrica.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
253	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°10, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMÁTICA. Sonda Gástrica para realização de procedimento de drenagem gástrica.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
254	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMÁTICA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	SONDA GASTRICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM GASTRICA.					
255	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMATICA. SONDA GASTRICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM GASTRICA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
256	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMATICA. SONDA GASTRICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM GASTRICA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
257	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMATICA. SONDA GASTRICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM GASTRICA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
258	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°20, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMATICA. SONDA GASTRICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM GASTRICA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
259	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°22, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMATICA. SONDA GASTRICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM GASTRICA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
260	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°24, TUBO PVC, EM FORMA CILINDRICA, ESTERIL, SEM EMENDA, FLEXIVEL COM PAREDES LISAS, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, A ESTERILIZAÇÃO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. CONECTOR EM PVC, TAMPA FLEXIVEL. PONTA ATRAUMATICA. SONDA GASTRICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM GASTRICA.		PRIORITTA	MAKMED	APROVAD A	
261	SONDA URETRAL N° 04, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
262	SONDA URETRAL N° 06, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO,		CIRULABOR	MEDSONDA	APROVAD A	



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.					
263	SONDA URETRAL N° 08, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.		CIRULABOR	MEDSONDA	APROVADA	
264	SONDA URETRAL N° 10, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
265	SONDA URETRAL N° 12, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
266	SONDA URETRAL N° 14, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.		CIRULABOR	MEDSONDA	APROVADA	
267	SONDA URETRAL N° 16, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
268	SONDA URETRAL N° 18, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
269	SONDA URETRAL N° 20, TUBO EM PVC, ATOXICA, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, DESCARTAVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
283	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, TESTA E ORELHA, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, DISPLAY LCD, ALTA PRECISÃO. MATERIAL: ABS, FAIXA DE MEDIÇÃO 32~42,5(89,6~108,5), TEMPO DE TESTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO, DISTANCIA DE MEDIÇÃO 3~5CM, DESLIGAMENTO EM 15 SEGUNDOS, LUZ DE FUNDO: VERDE(37,3°C), LARANJA (37,4°C), VERMELHA (38,0°C). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA. TAMANHO: 14,9CMX7,7CMX4,3CM. PESO: 104G.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
286	TESTE INDICADOR QUÍMICO A VAPOR EM TIRAS, PROPORCIONA UMA LEITURA FÁCIL E IMEDIATA, POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDICADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS, CONTÉM TINTAS REAGENTES DE ALTA TECNOLOGIA E SENSIBILIDADE QUE CONTROLAM COM EXATIDÃO EM TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS ESTABELECIDOS DE TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA, SUA PRECISÃO É RIGOROSA, CORRESPONDENDO À CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIANÇA TOTAL AO PROFISSIONAL, CLASSIFICAÇÃO 5 OU 6, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014, CICLOS DE 121°C					AMOSTRA NÃO APRESENTADA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	E 134°C, ISENTO DE CHUMBO, MEDIDAS: 75 MM / 19 MM; EMBALAGEM COM 250 TIRAS.					
287	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CORONAVÍRUS (COVID 19) (SANGUE TOTAL / SORO / PLASMA), IGM E IGG, ITENS INCLUSOS: 25 DISPOSITIVOS, 25 CONTA-GOTAS (5?L), 1 SOLUÇÃO TAMPÃO (3ML), 1 INSTRUÇÃO DE USO.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
289	TESTE RÁPIDO DO ANTÍGENO DA COVID-19 (SWAB) É UM IMUNOENSAIO QUALITATIVO BASEADO EM MEMBRANA PARA A DETECÇÃO DOS ANTÍGENOS DO SARS-COV-2 NA AMOSTRA COLETADA COM SWAB HUMANO, RESULTADOS EM 10 MINUTOS, ITENS INCLUSOS: 25 DISPOSITIVOS DE TESTE, 25 TUBOS PLÁSTICOS, 25 PONTAS DE CONTA-GOTAS, 25 SWABS ESTÉREIS, SUPORTE PARA TUBOS, 01 SOLUÇÃO DILUENTE PARA AMOSTRAS E 01 INSTRUÇÃO DE USO.		VIDA BIOTECNOLOGIA	VIDA	APROVADA	
291	TIRAS REAGENTES PARA BHCG (PARA DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA - HCG) EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA. EMBALAGEM COM 100 TESTES.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
302	SCALP VACUTAINER PARA COLETA SANGUE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, AGULHA 21G X 3/4" X 7" (0,8 X 19 MM 178 MM), NÃO PIROGÊNICO, NÃO CONTÉM LÁTEX, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE REDUZ O RISCO DE ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES. SÃO INDICADOS PARA COLETAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, GERIÁTRICOS, PACIENTES EM TRATAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS, COLETAS FECHADAS PARA HEMOCULTURA, CURVAS GLICÊMICAS E TODOS AQUELES QUE APRESENTAM ACESSOS VENOSOS DIFÍCEIS, TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, AGULHA 21G ( CALIBRE 8),ASAS FLEXÍVEIS, EMBALAGEM UNITÁRIA COM FRENTE PLÁSTICA E VERSO EM PAPEL COM ABERTURA EM "PÉTALA. ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO(ETO).. REGISTRO ANISA E ABRANGE POR COMPLETO A LEI NR32.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA
303	SCALP VACUTAINER PARA COLETA SANGUE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CALIBRE: 23G 3/4 X 7" (0,6 X 19MM X 178MM) , NÃO PIROGÊNICO, NÃO CONTÉM LÁTEX, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE REDUZ O RISCO DE ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES. SÃO INDICADOS PARA COLETAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, GERIÁTRICOS, PACIENTES EM TRATAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS, COLETAS FECHADAS PARA HEMOCULTURA, CURVAS GLICÊMICAS E TODOS AQUELES QUE APRESENTAM ACESSOS VENOSOS DIFÍCEIS, TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G ( CALIBRE 8),ASAS FLEXÍVEIS, EMBALAGEM UNITÁRIA COM FRENTE PLÁSTICA E VERSO EM PAPEL COM ABERTURA EM "PÉTALA. ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO(ETO).. REGISTRO ANISA E ABRANGE POR COMPLETO A LEI NR32.					AMOSTRA NÃO APRESENTADA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

312	AGULHA DESCARTÁVEL - TAMANHO 25 X 0,80MM - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, CILÍNDRICA, OCA, RETA, COM MANGA DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR, COM PROTETOR PLÁSTICO, SILICONADA; CÂNULA EM AÇO INOX, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL COM PERFEITA ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AO CANHÃO, COM BÍSEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERA E SEM REBARBAS; COM CANHÃO PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM REBARBAS E COM ESPAÇO MORTO REDUZIDO; COM PROTETOR POLIPROPILENO ATÓXICO; CANHÃO, PROTETOR E EMBALAGEM NA COR CORRESPONDENTE AO CALIBRE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. VALIDADE DE 5 ANOS DEPOIS DE ESTERILIZADA DEVE CONTAR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATENDER A RDC Nº 540 DE 30/08/2021.	BD  REPROV.: INJEX DESCARPA CK SALDANHA	MOAB	MEDIX	REPROVA DA	ÁSPERA. DILACERA A PELA AO SER INTRODUZIDA.
313	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.14 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BÍSEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	BD  REPROV.: INJEX DESCARPA CK				AMOSTRA NÃO APRESENTADA
314	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.16 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO	BD  REPROV.: INJEX DESCARPA C				AMOSTRA NÃO APRESENTADA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.				
315	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO ANGIOCATH 18G, INTEGRAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (OU CÂNULA) EM BIOMATERIAL VIALON™ (A FIM DE EVITAR FLEBITE).	BD  REPROV.:  INJEX  DESCARPA C			AMOSTRA NÃO APRESENTADA
316	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.20 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	BD  REPROV.:  INJEX  DESCARPA CK  GAMMA CRUCIS			AMOSTRA NÃO APRESENTADA
317	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.22 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL,	BD  REPROV.:  INJEX DESCARPA CK BIOMASS			AMOSTRA NÃO APRESENTADA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

	CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.					
318	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA N.24 CATETER RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, VAZAMENTO, EMENDAS REBARBAS OU OUTRO DEFEITO QUE PREJUDIQUE O SEU USO, COMPOSTO POR CÂNULA CONFECCIONADO EM TEFLON OU POLIURETANO RADIOPACO, CONFECCIONADO COM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, CANHÃO COLORIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E CODIFICADO EM COR UNIVERSALMENTE PADRONIZADA COM RELAÇÃO AO SEU CALIBRE, TRANSLUCIDO COM ENCAIXE TIPO LUER CAPAZ DE GARANTIR CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA. APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM LACRADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, CONSTITUÍDA DE ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	BD  REPROV.:  INJEX  DESCARPA CK  GAMMA CRUCIS				AMOSTRA NÃO APRESENTADA
321	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PROFISSIONAL DE BRAÇO, O MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL PROFISSIONAL TEM PRECISÃO CLINICAMENTE COMPROVADA PARA CRIANÇAS E ADULTOS, ALÉM DE PERMITIR A OPÇÃO DE AFERIÇÃO DA PRESSÃO ATRAVÉS DO MODO AUSCULTAÇÃO AUTOMÁTICO, SEU DESIGN DE MESA FOI PENSADO PARA USO PROFISSIONAL EM CONSULTÓRIOS, E O APARELHO É IDEAL PARA A ÁREA MÉDICA POIS POSSUI BOMBA E SENSOR DE ALTA DURABILIDADE, QUE PERMITEM ATÉ 100 MIL MEDIÇÕES. CARACTERÍSTICAS: INDICA A CONCLUSÃO BEM-SUCEDIDA DA CALIBRAÇÃO DO APARELHO PARA A PRÓXIMA MEDIÇÃO O MONITOR APONTA QUANDO HÁ ALGUM ERRO NA LEITURA DEVIDO À MOVIMENTAÇÃO		ROSICLER	G TECH	APROVAD A	



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

EXCESSIVA MODO AUSCULTAÇÃO POR MEIO DE ESTETOSCÓPIO (NÃO INCLUSO) PISCA EM SINCRONIA COM A PULSAÇÃO DURANTE A MEDIÇÃO INDICADOR DE BATIMENTO/PULSAÇÃO IRREGULAR, APARECE NOS RESULTADOS DA MEDIÇÃO SE O INTERVALO DO PULSO FOR IRREGULAR INCLUI 2 BRAÇADEIRAS, M (22 A 32 CM) E G (32 A 42 CM). UNIDADE PRINCIPAL, 2 PILHAS AAA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. 5 ANOS DE GARANTIA.					
---	--	--	--	--	--

Face ao exposto, a Comissão solicita à Senhora Pregoeira a convocação dos próximos licitantes dos itens reprovados e cujas amostras não foram apresentadas para apresentação de amostra, no prazo e nas condições estabelecidas no Edital. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata, digitada em 19 (dezenove) laudas. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta devidamente assinada pela Comissão.

Vânia Aparecida Bruno Evangelista  
Membro da Comissão

Cibele Cristina Pinto  
Membro da Comissão

Valéria Ribeiro de Lima  
Membro da Comissão

Eva Cassemira de Oliveira  
Membro da Comissão